

# Sauerstoff- Therapie



## Kontakt

### rmcStolze GmbH

Niederlassung Halle  
Igepa Ring 2  
06188 Landsberg / OT Queis

f @rmcstolze

www.rmcstolze.de/medizintechnik

### Team Medizintechnik / Sauerstoff

Telefon: 034 602 / 95 812 - 596

eMail: [medizintechnik@rmcstolze.de](mailto:medizintechnik@rmcstolze.de)

### Sicheres Zubehör für Ihre Sauerstoffversorgung: Das Fingertip Pulse Oximeter

Das Fingertip Pulse Oximeter ist ein Gerät für die spontane Messung ihrer Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung. Es ist ideal für unterwegs geeignet: unter anderem in der Freizeit, bei der medizinischen Betreuung und beim Sport. Wir beraten Sie gern.



FBL\_ANFECHTIG\_20.05.19 www.plusavei.de



## Hinweise zur Anfeuchtung

**Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,** damit durch die von Ihrem Arzt verordnete Sauerstofftherapie ihre Nasenschleimhäute nicht austrocknen, ist es notwendig, den Sauerstoff anzufeuchten. Hierzu stehen Ihnen zwei Systeme zur Verfügung. Zum einen der wiederverwendbare Anfeuchterbehälter, zum anderen der fertig befüllte Sterilwasser-Anfeuchterbehälter.

### 1. wiederverwendbarer Anfeuchterbehälter

Bitte benutzen Sie zur Abfüllung des wiederverwendbaren Anfeuchterbehälters kein Leitungswasser, da sonst der Sprudelansatz verkalkt und dies zur Funktionsbeeinträchtigung des Sauerstoffgerätes führen kann. Verwenden Sie ebenfalls kein destilliertes Wasser aus dem Baumarkt oder von der Tankstelle. Dieses Wasser ist gut für Bügeleisen, Autobatterien etc., aber nicht zum inhalieren geeignet. Verwenden Sie daher destilliertes Wasser aus der Apotheke. Achten Sie bitte auf die tägliche und sorgfältige Reinigung des Behälters gemäß Reinigungsanleitung auf der Rückseite.

### 2. fertig befüllter Sterilwasser-Anfeuchterbehälter

Wenn Sie das Risiko einer Verkeimung und damit die Gefahr einer Atemwegsinfektion so gering wie möglich halten wollen, empfehlen wir Ihnen, fertig befüllte Anfeuchterbehälter mit sterilem Wasser zu benutzen. Jedoch gehört dieses sinnvolle und bequeme Hygienekonzept nicht zum Leistungskatalog der Krankenkasse. Unsere günstigen Preise und Mengenrabatte finden Sie auf den Innenseiten.

Wiederverwendbarer Anfeuchterbehälter



Reinigungsanleitung



Waschen Sie den Anfeuchterbehälter täglich in einer Lösung aus heißem Wasser und Geschirrspülmittel.



Lassen Sie den Behälter in einer Lösung aus einem Teil Essig und drei Teilen heißen Wassers 30 min lang einweichen. Diese Lösung tötet Bakterien und Keime ab.



Spülen Sie den Anfeuchterbehälter gründlich mit heißem Wasser ab und füllen Sie ihn mit destilliertem oder abgekochtem Wasser wieder auf.

Fertig befüllter Sterilwasser-Anfeuchterbehälter



2221 Respiflo H 325 ml mit Adapter

2510 Respiflo H 500 ml mit Adapter

Reinigung – entfällt.

Sie können diese Produkte bei uns wie folgt beziehen:

Bestellmenge	500 ml Behälter	325 ml Behälter
1 – 6 Stück	je 7,60 €	je 6,80 €
7 – 14 Stück	je 7,00 €	je 6,50 €
ab 15 Stück	je 6,50 €	je 6,35 €

Die Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten.

Wir bitten um freundliche Beachtung:

Auf Grund der Hygienevorschriften ist eine Erstattung des Kaufpreises bei Rückgabe von ungenutzten Behältern leider nicht möglich.